

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง

โรงพยาบาลชุมชน ตำบลหนองฉาง อำเภอลำลูกขัน จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 เครื่อง

1. ความต้องการ

กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนักระบบวีดิทัศน์ ภาพคมชัดสูง จำนวน 1 เครื่อง

2. วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคของระบบทางเดินอาหารส่วนปลาย ด้วยกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนักส่วนปลาย

3. กล้องส่องตรวจตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนักแบบภาพคมชัดสูง จำนวน 1 เครื่อง

- 3.1 อุปกรณ์รับสัญญาณภาพเป็นแบบ CMOS Technology
- 3.2 สามารถใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี FICE ซึ่งเป็นเทคโนโลยีผสมคลื่นแสงช่วยในการสังเกตความผิดปกติของหลอดเลือดบริเวณพื้นผิวของเนื้อเยื่อ และสามารถช่วยวินิจฉัยโรคได้
- 3.3 มีช่องต่อชุดอุปกรณ์ Water Jet สำหรับฉีดน้ำล้างคราบเมือก
- 3.4 ระบบเลนส์
 - 3.5.1 มุมมองภาพด้านหน้าในระยะปกติ 140 องศา
 - 3.5.2 ระยะการมองเห็นภาพชัด ในระยะปกติ 2-100 มิลลิเมตร
- 3.5 ส่วนใช้งาน
 - 3.5.1 ส่วนปลายกล้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.0 มิลลิเมตร
 - 3.5.2 ตัวกล้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.0 มิลลิเมตร
 - 3.5.3 ช่องทำหัตถการมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.8 มิลลิเมตร
 - 3.5.4 ความยาวส่วนใช้งาน 1,690 มิลลิเมตร
 - 3.5.5 ความยาวรวม 1,990 มิลลิเมตร
- 3.6 ระบบการปรับมุม
 - 3.6.1 ปรับมุมขึ้นได้ 180 องศา
 - 3.6.2 ปรับมุมลงได้ 180 องศา
 - 3.6.3 ปรับมุมซ้ายได้ 160 องศา
 - 3.6.4 ปรับมุมขวาได้ 160 องศา
- 3.7 อุปกรณ์ประกอบ
 - 3.7.1 แปรงทำความสะอาดขนาดยาว จำนวน 1 เส้น
 - 3.7.2 แปรงทำความสะอาดขนาดสั้น จำนวน 1 เส้น
 - 3.7.3 วาล์วปากคีบตัดชิ้นเนื้อ (อะไหล่) จำนวน 10 ชิ้น
 - 3.7.4 กล้องหรือกระเปาะบรรจุเครื่องมือ จำนวน 1 ใบ
 - 3.7.5 ชุดสายสำหรับต่อลำกล้องในกล้อง จำนวน 1 ชุด

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

(นายพิเชษฐ จงเจริญ)

(นายเสกสรรค์ จวงจันทร์)

(นายศรีไพร ทองนิมิตร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

4. เงื่อนไขเฉพาะ

- 4.1 มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 1 ชุด
- 4.2 รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับจากวันส่งมอบสินค้า
- 4.3 เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น

ประธานกรรมการ		กรรมการ	กรรมการ
(นายพิเชษฐ์ จงเจริญ)		(นายเสกสรรค์ จวงจันทร์)	(นายศรีไพร ทองนิมิตร)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)	

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัดสูง โรงพยาบาลชุมชน ตำบลหนองหลวง อำเภอชุมขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑ เครื่อง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท เค. เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท นิว โลฟเมต จำกัด
 - ๕.๓ บริษัท เจทีเค พรีเมียม จำกัด
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑ นายพิเชษฐ จงเจริญ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายเสกสรรค์ จวงจันทร์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรรมการ
 - ๖.๓ นายศรีไพร ทองนิมิตร นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรรมการ